



Mouse TNF Alpha EZ-SET ELISA Kit

DIY Antibody Pairs

产品编号: EZ0527

规格: 96T×5

检测范围: 15.6pg/ml → 1000pg/ml

特异性: 系统和其它细胞因子无交叉反应。

有效期: 6 个月(4°C); 12 个月 (-20°C)。

用途: 用于体外定量分析小鼠血清、血浆、细胞裂解液或细胞培养上清。

工作原理

博士德所提供的小鼠 TNF α ELISA Kit 是典型的夹心法酶联免疫吸附测定试剂盒（Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay, ELISA）。检测抗体经生物素（biotin）标记。样品和生物素标记抗体先后加入已经包被抗体的酶标板孔反应后，PBS 或 TBS 洗涤。随后加入过氧化物酶标记的亲和素反应；经过 PBS 或 TBS 的彻底洗涤后用底物 TMB 显色。TMB 在过氧化物酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的小鼠 TNF α 呈正相关。

内容	规格	数量
重组小鼠 TNF α 冻干标准品	10ng/管	3 管
抗小鼠 TNF α 包被抗体(100X)	500ul	1 管
生物素标记抗小鼠 TNF α (100X)	500ul	1 管
亲和素-过氧化物酶复合物 (ABC) (100X)	500ul	1 管

试剂盒中内容

注意: 使用前请检查试剂盒中试剂的标签和数量与表格是否一致

需要而未提供的试剂和器材

1. 标准规格酶标仪。
2. 自动洗板机。
3. 恒温箱。
4. 系列可调节移液器及吸头，一次检测样品较多时，最好用多通道移液器。
5. 干净的试管和 Eppendorf 管。
6. 酶标板 (Cat# AR1100)。
7. 封板膜。
8. 包被抗体稀释液: PBS。
9. 蛋白样品稀释液，检测抗体稀释液，封闭液: 1% BSA in PBS, pH 7.2-7.4。



10. TMB 显色液 (Cat# AR1104)。

11. 终止液 (Cat# AR1105)。

12. 洗涤缓冲液(PBS and PBS-T)

PBS: 8g NaCl, 0.2g KCl, 1.15g Na₂HPO₄, 0.2g KH₂PO₄, adjust the total volume to 1L with distilled water, pH 7.2-7.4, 0.2 μm filtered。PBS-T: 0.1% Tween® 20 in PBS, pH 7.2-7.4。

试剂/6-12 在 EZA001 试剂盒中都有提供

注意事项

1. 用户在初次使用试剂盒时，应将各种试剂管离心数分钟，以便试剂集中到管底。
2. 要严格避免操作过程中酶标板干燥。干燥会使酶标板上生物成份迅速失活。
3. 为免交叉污染，要避免重复使用手中的吸头和试管。
4. 禁止混用不同批次试剂盒内的试剂。
5. 揭封板膜和覆盖封板膜时应避免用力过大导致液体溅出。

洗板方法

手工洗板方法：吸去（不可触及板壁）或甩掉酶标板内的液体；在实验台上铺垫几层吸水纸，酶标板朝下用力拍几次；将 1X 洗涤缓冲液至少 300ul 注入孔内，浸泡 1-2 分钟。根据需要，重复此过程数次。

自动洗板：如果有自动洗板机，应在熟练使用后再用到正式实验过程中。

酶标板的准备

使用前将所有试剂置于室温，工作稀释剂准备好并立即使用。

1. 确定检测所需的已包被抗体的酶标板孔数目，并增加 1 孔作为 TMB 空白显色孔。总数= 样品数+9；做双份检测时×2。
2. 包被抗小鼠 TNF α 抗体工作液：根据每孔需要 100ul 计算总的用量（实际配制时应多配制 100-200ul）。按 1ul 包被抗小鼠 TNF α 抗体加 PBS 99ul 的比例配制工作液。轻轻混匀。将准备好的包被抗体工作液按每孔 100ul 依次加入酶标板中，加上封板膜，在 4 °C 下孵育过夜。
3. 吸去板内液体，按每孔 200ul 依次加入封闭液，室温封闭 2 小时。
4. 1X 洗涤缓冲液洗涤 3 次，每次浸泡 5s。
5. 吸去板内液体，即可进行后续实验。

试剂的准备和保存

A. 小鼠 TNF α 标准品的稀释和使用：在使用前 2 小时内准备。

试剂盒提供 3 管标准品，每管 10ng，每次使用 1 管。

1. 配制 10,000pg/ml 标准品：取 1ml 样品稀释液加入标准品管内，盖好后静置 10 分钟以上，然后反复颠倒/搓动以助溶解。
2. 配制 1000pg/ml 标准品：取 100ul 10,000pg/ml 的标准品加入有 0.9ml 样品稀释液的 Eppendorf 管中，混匀，做上标记。
3. 配制 500pg/ml→15.6pg/ml 标准品：准备 6 只 Eppendorf 管，每管加 0.3ml 样品稀释液，分别标记上 500pg/ml, 250pg/ml, 125pg/ml, 62.5pg/ml, 31.3pg/ml, 15.6pg/ml。取 0.3ml 1000pg/ml 的标准品加入标记 500pg/ml 的管中，混匀后同样取出 0.3ml，加入下一只管中。余同此类推，



直到最后一只样品管。

注意：已经稀释的标准品（10,000pg/ml），应在12小时内使用。-20℃冷冻保存条件下，2天内可以使用,但不得反复冻融。

B. 生物素标记抗小鼠 TNF α 抗体工作液：在使用前2小时内准备。

1. 根据每孔需要100ul计算总的用量（实际配制时应多配制100-200ul）。
2. 按1ul生物素标记抗小鼠 TNF α 加抗体稀释液99ul的比例配制工作液。轻轻混匀。

C. 亲和素-过氧化物酶复合物（ABC）工作液的准备：在使用前1小时内准备。

1. 根据每孔需要100ul计算总的用量（实配时应多配制100-200ul）。
2. 按1ul亲和素-过氧化物酶复合物（ABC）加ABC稀释液99ul的比例配制工作液。轻轻混匀。

操作程序

1. 确定本次检测所需的已包被抗体的酶标板孔数目，取出后其余重新包装好放入冰箱中。
2. 将1000pg/ml, 500pg/ml, 250pg/ml, 125pg/ml, 62.5pg/ml, 31.3pg/ml, 15.6pg/ml的标准品各100ul依次加入一排7孔中，1孔只加样品稀释液的作为零孔。对于小鼠血清、血浆、细胞裂解液或细胞培养上清，直接加已用样品稀释液稀释的样品100ul。
3. 酶标板加上封板膜，37℃反应90分钟。
4. 反应后用自动洗板机吸去酶标板内的液体（将自动洗板机的洗涤次数设为零再开始即可）；或甩去酶标板内液体，再对着吸水纸拍几下。**不洗**。
5. 将准备好的生物素抗小鼠 TNF α 抗体工作液按每孔100ul依次加入(TMB 空白显色孔除外)。酶标板加上封板膜，37℃反应60分钟。
6. 1X洗涤缓冲液洗涤3次，每次浸泡1分钟左右（每孔洗液至少300ul）。
7. 将准备好的ABC工作液按每孔100ul依次加入(TMB 空白显色孔除外)。酶标板加上封板膜，37℃反应30分钟。
8. 1X洗涤缓冲液洗涤5次，每次浸泡1-2分钟左右（每孔洗液至少300ul）。
9. 按每孔90ul依次加入TMB显色液，37℃避光反应15-20分钟。（注意：显色时间供参考，因用户实验室条件差异，最佳显色时间会有所不同。此时肉眼可见标准品的前3-4孔有明显的梯度蓝色，后3-4孔差别不明显）。
10. 按每孔100ul依次加入终止液，此时蓝色立转黄色。
11. 用酶标仪在450nm测定O.D.值。

结果分析

- a. 所有的标准品和样品的吸光值减去TMB空白显色孔或者零孔的吸光值。
- b. 以标准品浓度作为横坐标，吸光值作为纵坐标，手工绘制或用软件绘图并选取最佳拟合曲线，推荐使用四参数方程拟合。ELISA绘图软件可以在博士德公司官网技术支持下载。



- c. 根据样品的吸光值在坐标上找出对应的浓度。若标本 OD 值高于标准曲线上限，应适当稀释后重测，应记住由于样品稀释了 N 倍，其实际浓度应该 $\times N$ 。

典型数据

TMB37℃反应 15 分钟。

(数据供参考，不同用户最佳显色时间会有所不同)

浓度	0.0pg/m	15.6pg/m	31.3pg/m	62.5pg/m	125pg/m	250pg/m	500pg/m	1000pg/m
O.D.	0.022	0.139	0.208	0.382	0.714	1.230	1.891	2.276